

Техническое задание по закупке колонофиброскопа

№ п.п	Описание	Наличие функции или величина параметра
1 Общие требования		
1.1	Стандартная комплектация: - адаптер очистки канала воздуха/воды - трубка подачи воды вспомогательная - ирригатор всех каналов - масло силиконовое - наконечник дистальный - клапан биопсийный - щетка чистящая	Наличие
1.2	Гарантия на всю систему не менее 12 месяцев с момента монтажа	Наличие
1.3	Инструкция пользователя на русском языке	Наличие
2 Установленные пакеты клинических программ		
2.1	Толсто – кишечная эндоскопия	Наличие
3 Базовый блок		
3.1	Универсальный кабель (общая длина)	1680мм
3.2	Световодящий адаптер	Наличие
3.2.1	Световод	Наличие
3.2.2	Воздушная трубка	Наличие
3.3	Наконечник адаптера S-кабеля	Наличие
3.4	Адаптер отсоса	Наличие
3.5	Дренажный адаптер	Наличие
3.6	Адаптер контейнера воды	Наличие
3.7	Электрические раземы	Наличие
3.8	Контрольный рычаг изгиба	Наличие
3.9	Кольцо диоптрической коррекции	Наличие
3.10	Окулярный отдел	Наличие
3.11	Клапан воздуха/воды	Наличие
3.12	Инструментальный канал: Клапан биопсии Порт инструментального канала	Наличие
4 Технические характеристики		
4.1	Угол поля зрения	140
4.2	Направление осмотра	прямое
4.3	Глубина резкости изображения пространства	5-100 мм
4.4	Диаметр дистальной части	13,8 мм
4.5	Диаметр вводимой трубки	12,9 мм
4.6	Диапазон угла изгиба дистальной части	180 верх, 180 вниз, 160 вправо и влево; (максимальный

		угол изгиба дистальной части 230)
4.7	Общая длина эндоскопа	2,000 мм
4.8	Длина инструментального канала	3,2 мм
4.9	Минимальное видимое расстояние	2 мм дистального конца
5 Характеристика электропитания		
5.1	Напряжение 100-240 В, 50/60 Гц	Наличие
5.2	Потребляемая мощность, ВА, не более	220